

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EFFECT PF BLACK

rękawice nitylowe diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, czarne, 100 szt. w opakowaniu
Rozmiary: XS– XL
R-N-B-EFBK100-XS, R-N-B-EFBK100-S, R-N-B-EFBK100-M R-N-B-EFBK100-L, R-N-B-EFBK100-XL

Producent:

SAFEMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

Polska/Poland

tel. +48 12 681 42 52

email: biuro@safemed.pl

Numer SRN: PL-MF-000039365

Deklarujemy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jako **Wyrób Medyczny** został zakwalifikowany w klasie I, według reguły 4 zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Wyrób wymieniony w niniejszej Deklaracji jest zgodny z normami europejskimi:
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1.

Kod Basic UDI-DI: 5907675510RNEFFBKY8

Wyrób wymieniony w niniejszej deklaracji spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG jako **Środek Ochrony Indywidualnej** kategorii III.

Wyrób jest również zgodny z normami europejskimi:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2015, EN ISO 374-4:2019, EN 16523-1:2015.

Szczegółowy wykaz zastosowanych norm znajduje się w dokumentacji technicznej wyrobu nr DT-06.

Jednostka notyfikowana SATRA Technology Europe Ltd (numer jednostki 2777) przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat numer: 2777/21028-03/E14-02.

Wymieniony Środek Ochrony Indywidualnej podlega procedurze zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) pod nadzorem jednostki notyfikowanej Satra Technology Europe Ltd (numer jednostki 2777).

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i data wydania:

Tychy, 16.09.2024

Podpisano w imieniu Producenta:

Wojciech Mól
Dyrektor Zarządzający

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Dr Wojciech Mól

SAFEMED Spółka z o.o.